



BA-Nr.: 04.05.012/2021-09-A01



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telefon: 05431/9416-0
Fax: 05431/9416-66
Web: www.rebotec.de
E-mail: info@rebotec.de



Istruzioni per l'uso

Deambulatori

	Fixi	Fox
REF	186.00.1X	186.00.2X 186.50.2X
	100 kg	100 kg

X=Variante



Figura simile




Prima del primo utilizzo leggere le istruzioni per l'uso e tenerle a disposizione dell'utente e conservarle per un utilizzo futuro e allegarle in caso di vendita.

**Indice**

1. Descrizione dell'articolo	3
1.1. Introduzione	3
2. Caratteristiche prestazionali	3
2.1. Destinazione d'uso.....	3
2.2. Impiego.....	3
2.3. Stoccaggio e trasporto	3
2.4. Dotazione e funzioni	4
2.5. Imballaggio	4
2.6. Smaltimento.....	4
3. Simboli e targhette identificative ..	4
4. Avvertenze per la sicurezza.....	4
5. Notifica di incidenti	5
6. Garanzia	5
6.1. Reclamo	5
7. Riutilizzo, durata.....	6
8. Volume della fornitura.....	6
9. Stabilire le condizioni d'uso	6
9.1. Apertura	6
9.2. Impostazione dell'altezza delle maniglie	6
10. Dati del prodotto.....	7
11. Utilizzo dell'articolo.....	7
11.1. Preparare l'articolo all'utilizzo	7
11.2. Sedersi e alzarsi	7
11.3. Spingere l'articolo	7
11.4. Sistema frenante	7
11.5. Ripiegare l'articolo	8
11.6. Regolazione dei freni	8
12. Eliminazione dei guasti.....	8
13. Pulizia e manutenzione	8
13.1. Pulizia	8
13.2. Manutenzione	9
14. Pezzi di ricambio e accessori.....	10
15. Schizzi e dimensioni	11
 -(Crepe, rottura, parti allentate).....	9

1. Descrizione dell'articolo



La figura rappresenta:

A	Staffa di bloccaggio rotella anteriore
B	Staffa di bloccaggio rotella posteriore
C	Maniglia
D	Maniglie
E	Rotella anteriore
F	Rotella posteriore
G	Sedile
H	Manopole a stella, regolazione dell'altezza
I	Cordone, meccanismo pieghevole
J	Freno
K	Guaine
M	Freno a mano, bloccabile
N	Leva del freno
O	Targhetta identificativa

1.1. Introduzione

- Conformemente a **(UE) 2017/745 MDR**, l'articolo qui descritto è un dispositivo medico della classe di rischio I.
- Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni e note relative alla messa in funzione, all'utilizzo, alla manutenzione e alla cura dell'articolo.
- Prima di utilizzare l'articolo, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Osservare le avvertenze per la sicurezza e agire in base ad esse.

2. Caratteristiche prestazionali

2.1. Destinazione d'uso

- Il prodotto serve a sostenere in caso di invalidità delle estremità inferiori. Consente all'utente di muoversi come desidera. Per l'utilizzo sicuro, la muscolatura del torace deve essere sufficientemente sviluppata. Persone affette da disturbi sensoriali potrebbero non essere in grado di utilizzare questo articolo. L'articolo non impone particolari requisiti di formazione dell'utente.

Specifiche:

- Peso massimo dell'utente: 100kg
- Maniglia regolabile in altezza
- Pieghevole
- Impiego all'interno e all'esterno

Indicazione

- Limitazioni della mobilità in caso di disturbi del movimento/dell'equilibrio con sufficiente mantenimento della capacità di deambulazione/coordina-zione, se l'uso di altri ausili per la deambulazione non è sufficiente

- Per mantenere/incrementare/proteggere la deambulazione, supporto ulteriore per gli impegni quotidiani:

Funzione di trasporto: Deambulatore Fixi / Fox

Seduta in caso di affaticamento: Deambulatore Fixi per bambini, colorato con seduta, Deambulatore Fox per giovani e donne, colorato, con seduta, Deambulatore Fox per giovani e donne, blu, con seduta.

- In caso di utilizzo all'interno, accertarsi che gli ambienti siano sufficientemente spaziosi.

2.2. Impiego

- Intervallo di temperatura: da - 10 °C a + 35 °C Evitare un irraggiamento termico diretto sull'articolo.
- Umidità dell'aria: da 40% a 85%. Oltre queste condizioni l'articolo può essere utilizzato solo per poco tempo.
- Possibile ripiegarlo per il trasporto e lo stoccaggio.
- Non è possibile trasportare oggetti pesanti con l'articolo.
- Deve essere presente una superficie di appoggio piana di dimensioni sufficienti. Vedere 15.

2.3. Stoccaggio e trasporto

- Intervallo di temperatura: da 5 °C a + 25 °C Evitare un irraggiamento termico diretto sull'articolo.

- Conservare l'articolo in un ambiente asciutto con un'umidità atmosferica fino al 65%.

2.4. Dotazione e funzioni

- Pieghevole
- Altezza delle maniglie regolabile (vedi 9.2 e 15)
- Sedile ribaltabile
- Freni a mano con funzione di bloccaggio

2.5. Imballaggio

- Consigliamo di conservare l'imballaggio esterno per finalità di trasporto successive.
- Dimensioni FIXI: 645mm x 470mm x 675mm
- Dimensioni FOX: 700mm x 465mm x 745mm

2.6. Smaltimento

- Lo smaltimento e il riciclaggio di prodotti e imballaggi usati devono essere effettuati conformemente alle norme vigenti. Informarsi presso un'azienda di smaltimento rifiuti.
- Rispettare la Legge sulla protezione dalle infezioni.
- Osservare i contrassegni sui materiali dell'imballaggio e agire in base ad essi.

3. Simboli e targhette identificative




Figura simile.



La targhetta identificativa non deve essere rimossa!

Per ordinare pezzi di ricambio ed elaborare reclami sono necessari il nome del prodotto, il numero di serie e l'anno di costruzione.

Sim-bolo	Significato	Sim-bolo	Significato
	Leggere le istruzioni!		Anno di costruzione del prodotto
SN	Numero di serie		Informazione importante!

Sim-bolo	Significato	Sim-bolo	Significato
REF	Codice articolo		Peso massimo dell'utente in kg
	Nota relativa alla pulizia		Nota relativa alla manutenzione
	Utilizzabile soltanto all'interno.		Produttore
	Segnale visivo	IT	Lingua
	Leggere le istruzioni per l'uso!		Non smaltire assieme ai rifiuti domestici.
CE	Il prodotto è conforme alla (UE) 2017/745 MDR		
	Attenzione! Osservare le avvertenze per la sicurezza		
UDI	Codice identificativo unico del dispositivo (Dati: GTIN / LOT (SN) / anno di costruzione)		
MD	Etichetta del dispositivo medico L'articolo in questione è un dispositivo medico.		

4. Avvertenze per la sicurezza



Osservare le seguenti avvertenze per la sicurezza:

- Prima della prima messa in funzione, leggere integralmente le istruzioni per l'uso per evitare danni dovuti a uso improprio o pericoli.
- Prima di ogni messa in funzione, verificare se l'articolo presenti danni visibili.
- In caso di anomalie funzionali o danni di qualsiasi tipo, l'articolo non deve essere utilizzato.

Attenzione pericolo di caduta!

- Prima dell'uso, verificare assolutamente i seguenti punti:
 - Stabilità dell'articolo.
 - Funzione dei freni.
 - Blocco corretto del meccanismo pieghevole.
 - Fissaggio delle maniglie a stella.
- Non trasportare l'articolo con l'utente.

- Utilizzare l'articolo solo se completamente montato.
- Non lasciarsi cadere sull'articolo in modo incauto.
- Regolare l'altezza solo entro gli appositi fori.
- Evitare di usare il dispositivo su suolo scivoloso o irregolare.
- Prima di utilizzare l'articolo, accertarsi sempre di regolare i freni in posizione verticale. Togliere i freni solo in caso di stabilità completa.
- Iniziare a camminare e spingere solo quando si è in posizione eretta e con entrambe le mani sulle maniglie.
- Camminare sempre all'interno del telaio dell'articolo e non spingerlo troppo in avanti, poiché un carico errato comporta un maggiore rischio di caduta.
- A seconda dello stato di salute, il paziente deve sedersi e sollevarsi sotto la supervisione o con l'aiuto di un infermiere formato.
- L'uso dell'articolo da parte di utenti che tendono a eseguire manovre o movimenti incontrollati non è consentito senza supervisione.
- Spingere l'articolo in base alla propria mobilità. Se durante la deambulazione si prova stanchezza, sedersi sul sedile. Il sedile deve essere utilizzato soltanto quando i freni sono azionati!

Attenzione pericolo di scivolamento!

- Non toccare le maniglie con mani bagnate, poiché si potrebbe scivolare e perdere l'equilibrio.
- Quando ci si siede, non farlo sul bordo anteriore ma occupare l'intera superficie del sedile. Prima di sedersi, portare i freni in posizione verticale!

Attenzione pericolo di ribaltamento!

- Durante l'uso dell'articolo all'esterno, camminare esclusivamente su percorsi piani ed evitare più possibile scalini del marciapiede alti. Se necessario, cercare un punto con scalini del marciapiede più bassi o chiedere aiuto per superare l'ostacolo.
- Evitare piani fortemente inclinati; in caso contrario è possibile che si perda il controllo dell'articolo a rotelle.
- Non percorrere scale o scalini con l'articolo.
- Non appendere oggetti all'articolo.
- Non chinarsi troppo sulle maniglie.
- Evitare di sporgersi eccessivamente sull'articolo.

Attenzione pericolo di rottura!

- Rispettare il peso dell'utente ammesso (2.1).

- L'articolo non è un mezzo di trasporto per oggetti pesanti.
- Non arrampicarsi sull'articolo.
- L'articolo non è adatto al trasporto di persone.
- Non esporre l'articolo a forti variazioni di temperatura (2.2 e 2.3).

Attenzione pericolo di schiacciamento!

- In tutte le parti mobili dell'articolo sussiste pericolo di schiacciamento. Soprattutto durante la chiusura e l'apertura dell'articolo, fare attenzione che non restino incastrate parti del corpo o oggetti tra le parti mobili.

Attenzione pericolo di lesioni!

- Con temperature superficiali > 40°C sussiste pericolo di lesioni. Pertanto, non esporre l'articolo a temperature eccessive (ad es. irraggiamento solare, radiatore, acqua calda). Prima dell'utilizzo, far raffreddare l'articolo.



Se l'articolo viene utilizzato da un utente con una pelle poco sensibile (nessuna percezione della temperatura o danni cutanei), il personale sanitario deve eseguire un controllo termico (ad es. contatto con il palmo della mano).

5. Notifica di incidenti

- Eventuali incidenti gravi associati all'articolo devono essere segnalati immediatamente al produttore e al BfArM (Istituto federale per i Prodotti Farmaceutici e Medicinali).
 - o BfArM: www.bfarm.de/DE
 - Utilizzare le funzioni di notifica e i moduli.
 - o Produttore: pms@rebotec.de

6. Garanzia

- L'articolo ha una garanzia del produttore di 12 mesi. Il requisito sono le CGC (www.rebotec.de/agbs) e l'uso conforme. Hanno validità le disposizioni legali in materia di garanzia.
- Eventuali modifiche apportate arbitrariamente a questo articolo comportano l'estinzione della conformità del prodotto e la perdita della garanzia.

6.1. Reclamo

- Prima di una restituzione si prega di contattarci.
- Per ridurre i danni da trasporto, utilizzare possibilmente l'imballaggio originale.
- Rispettare la Legge sulla protezione dalle infezioni.

- o Accertarsi che, in caso di restituzione, l'articolo non comporti alcun pericolo di infezione.
- o Contrassegnare l'articolo con l'opuscolo allegato sulla sicurezza.
- o Eventuali restituzioni non contrassegnate come sicure potrebbero comportare costi aggiuntivi.

7. Riutilizzo, durata

- L'articolo è adatto al riutilizzo. La quantità di riutilizzi dipende dall'intensità e dal modo di utilizzo dell'articolo.
- Prima del riutilizzo, l'articolo deve essere igienizzato ed è necessario verificare ed eventualmente ripristinare la sicurezza tecnica e funzionale dell'articolo. Vedere 13.
 - o Ulteriori informazioni sono riportate nelle istruzioni per l'igienizzazione (04.12.155) e nelle istruzioni per la manutenzione (04.11.149).
 - o I documenti possono essere scaricati al seguente link.
 - www.rebotec.de/downloads
- In caso di uso conforme, la durata del prodotto è di 3 anni. La durata effettiva può variare in base all'intensità dell'uso e allo stato generale.

8. Volume della fornitura


- Deambulatore Fixi / Fox
 - o Istruzioni per l'uso (04.05.012)
- Le istruzioni per l'igienizzazione e la manutenzione possono essere ordinate o consultate e scaricate sul sito www.rebotec.de/downloads.

9. Stabilire le condizioni d'uso

- In fabbrica l'articolo è stato controllato per verificare l'assenza di errori e la completezza. Dopo la consegna controllare l'articolo per escludere eventuali danni da trasporto e per accertare la completezza del volume della fornitura. Il montaggio e la regolazione devono essere eseguiti dal rivenditore specializzato.

9.1. Apertura

- Posizionare il deambulatore sulle rotelle e aprirlo premendo verso il basso la staffa di bloccaggio delle rotelle posteriori. La sicura contro la chiusura involontaria deve essere completamente inserita.




- Verificare che il deambulatore sia completamente aperto, la sicura contro la chiusura sia bloccata e la borsa fissata correttamente.



9.2. Impostazione dell'altezza delle maniglie

- L'altezza del manico a staffa deve essere regolata a seconda della statura dell'utente.
- Allentare entrambe le manopole a stella (1) ed estrarle. Portare il manico a staffa (2) all'altezza desiderata. I fori dei tubi devono essere sovrapposti. Dopodiché serrare nuovamente la manopola a stella.



- Verificare che il freno a mano funzioni. (vedere 11.4, 11.6 e 13.2)
- Verificare che i cavi del freno non siano piegati.
- Verificare che il sedile possa essere ribaltato facilmente.

10. Dati del prodotto

- Ci riserviamo di apportare modifiche dovute a sviluppi tecnici rispetto al modello raffigurato nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Vedere 15.

Ambito		Indicazione
1.	Peso dell'utente	max. 100 kg
FIXI		
2.	Peso del prodotto*	6,2 kg
3.	Peso totale*	8,2 kg
FOX		
2.	Peso del prodotto*	6,2 kg
3.	Peso totale*	8,2 kg
Ambito		Indicazione
1.	Peso dell'utente	max. 100 kg
FIXI con tavola del sedile		
2.	Peso del prodotto*	6,9 kg
3.	Peso totale*	8,9 kg
FOX con tavola del sedile		
2.	Peso del prodotto*	6,9 kg
3.	Peso totale*	8,9 kg

*Senza accessori.

11. Utilizzo dell'articolo

- Prima dell'utilizzo, è necessario accertarsi che l'articolo si trovi in uno stato adeguato all'utilizzo. Non utilizzare l'articolo se vengono rilevati guasti o malfunzionamenti. Prima dell'utilizzo, far risolvere i problemi da un rivenditore specializzato.

11.1. Preparare l'articolo all'utilizzo

- L'articolo deve essere aperto e i chiavistelli completamente inseriti. Controllare la stabilità e la funzionalità dei freni a mano (vedere: 9.1 e 11.4).

11.2. Sedersi e alzarsi

- Prima di sedersi e alzarsi, verificare che l'articolo sia stabile e che non possa scivolare o ribaltarsi. Azionare i freni di stazionamento su entrambi i lati.
- Se l'utente non è in grado di sedersi e alzarsi autonomamente, chiedere aiuto.

Sedersi

- Posizionarsi quanto più vicino possibile al sedile. Per sedersi, appoggiarsi con le mani alle maniglie.

- Attenzione: cercare di sedersi completamente sulla sedia e non sui bordi, per evitare il rischio di scivolare.

Alzarsi

- Prima di alzarsi, accertarsi che i piedi si trovino a terra.
- Per alzarsi, appoggiarsi con le mani alle maniglie. Alzarsi lentamente.
- Non inclinare il corpo troppo in avanti, in modo da evitare un eventuale pericolo di caduta.

11.3. Spingere l'articolo

- Durante la deambulazione, appoggiarsi alle maniglie.
- Camminare sempre in posizione quanto più possibile eretta e all'interno del telaio. È possibile ampliare l'area interna chiudendo il sedile in modo che diventi un vassoio.
- Non chinarsi troppo sulle maniglie.
- Camminare esclusivamente su percorsi piani ed evitare ostacoli quali bordi dei marciapiedi e soglie delle porte.
- Evitare pavimentazioni lisce e non fissate.
- Durante la deambulazione, entrambi i freni devono essere sbloccati.

11.4. Sistema frenante

L'uso errato dei freni può comportare situazioni pericolose e causare danni (maggiore usura, malfunzionamenti).


L'articolo non deve essere utilizzato con i freni tirati o se le rotelle sono bloccate.

Freno di stazionamento (1)

- Premere entrambe le leve dei freni nell'area (A) verso il basso, finché scattano. In questo modo, entrambe le rotelle posteriori vengono bloccate. Per sbloccare i freni, risollevare le leve dei freni nell'area (A).

Freno a mano (2)

- Tirando verso l'alto e tenendo entrambe le leve dei freni, vengono frenate le rotelle posteriori. Rilasciando la leva del freno le due rotelle posteriori possono nuovamente muoversi.




11.5. Ripiegare l'articolo

Apertura

- Collocare l'articolo sulle rotelle e premere verso il basso il telaio. La sicura contro la chiusura involontaria deve essere completamente inserita.
- Vedere 9.1


Chiusura

- Ripiegare il sedile e con una mano tirare il cordone (1) verso l'alto, fino a quando il bloccaggio è disinserito. Con l'altra mano, tirare verso sé la maniglia (2).



11.6. Regolazione dei freni

- Se l'azione frenante dei freni si riduce, l'articolo non può più essere usato e deve essere riparato da un rivenditore specializzato. Dopo averne preso visione, questo deciderà se è sufficiente regolare i componenti o se devono essere sostituiti.
- Per regolare i freni, allentare il dado cieco (1) e utilizzare l'apposita vite (2). Attenzione: con freno sbloccato, le rotelle ruotano liberamente, mentre con il freno inserito le rotelle sono bloccate. Serare nuovamente il dado cieco.



12. Eliminazione dei guasti

Guasto	Causa possibile	Rimedi
Le rotelle non girano scorrevolmente	Depositi	Pulizia, controllo regolare
Perni di arresto inceppati	Depositi	Pulizia, Sostituire i perni di arresto
Funzione frenante assente o ridotta	Freno bloccato, pastiglia del freno consumata, guasto	Manutenzione! Regolare il freno, far sostituire la pastiglia del freno
Asse delle ruote incurvato	Collisione con un ostacolo	Manutenzione! Sostituzione
Crepe o rotture visibili	Varie cause	Manutenzione! Sostituzione

13. Pulizia e manutenzione

13.1. Pulizia



Utilizzare un detergente e un disinfettante delicato di uso comune. Dopo la pulizia, sciacquare con acqua pulita e asciugare l'articolo con un panno.

- Non utilizzare abrasivi o detergenti con ingredienti aggressivi (acidi, diluenti) e oggetti per la pulizia duri (spazzole), altrimenti la superficie potrebbe danneggiarsi o sui materiali potrebbero formarsi depositi.
- L'articolo è adatto alla pulizia e alla disinfezione manuale. Osservare le istruzioni per la preparazione (04.12.155).

13.2. Manutenzione

- Un'eventuale usura non individuata per tempo e/o un trattamento non conforme, così come una manutenzione irregolare e/o non eseguita possono causare incidenti.



*Per motivi di sicurezza, l'articolo deve essere adeguatamente sottoposto a manutenzione **almeno 1 volta all'anno**.*

- Verificare la presenza di eventuali danni visibili sull'articolo
 - (Crepe, rottura, parti allentate)
- Verificare la stabilità prima dell'utilizzo

Manutenzione/Ambito d'ispezione

- Una manutenzione deve includere le seguenti ispezioni ed essere documentata.
- Controllo visivo di danni, usura e corrosione di tutte le parti del telaio quali:
 - Supporto
 - Maniglia
 - Rotelle anteriori (sostituzione in coppia)
 - Rotelle posteriori (sostituzione a coppia)
 - Cavi freno
 - Pastiglie dei freni (sostituzione a coppia)
 - Interruttore manuale con leva dei freni

- Sedile
- Imbottitura per la schiena
- Verificare integrità, tenuta e funzionamento di tutti gli elementi di raccordo (viti, dadi)
- Funzionamento del meccanismo pieghevole
- Funzionamento della regolazione in altezza
- Funzionamento dei freni
- Frenata durante l'uso (freno a mano)
- Blocco delle rotelle frenanti (freno di stazionamento)
- In caso di danni e/o riparazioni imminenti, contattare immediatamente il rivenditore specializzato.
- **Non** apportare modifiche arbitrarie all'articolo. Ciò può compromettere la sicurezza e la funzione dell'articolo. **REBOTEC non si assume alcuna responsabilità al riguardo.**
- In caso di riparazione devono essere utilizzati esclusivamente pezzi di ricambio del produttore. Vedere 6.
- Dopo una manutenzione o una riparazione, pulire l'articolo prima di utilizzarlo.
- Osservare il punto 7 e 14.
- *Osservare le istruzioni per la manutenzione (04.11.149)*

14. Pezzi di ricambio e accessori




N.	Cod. art.	Denominazione
1	288.00.45	Rotella anteriore
2	288.00.46	Rotella posteriore
3	280.10.53	Pastiglie dei freni
4	286.65.25	Sedile
5	853.06.40	Manopola a stella completa
-	280.10.48	Imbottitura per la schiena
-	164.30.00	Set di supporto per ausili per la deambulazione



Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori REBOTEC per garantire un funzionamento corretto e sicuro.

15.Schizzi e dimensioni



N.	Denominazione	FIXI / Misure in mm	FOX / Misure in mm
a1	Altezza min.	610	690
a2	Altezza max.	690	775
b	Larghezza	585	585
c	Lunghezza	675	675
d1	Diametro rotella anteriore	200	200
d2	Diametro rotella posteriore	200	200
e	Altezza del sedile	460	460
f	Larghezza del sedile	380	380
bx	Superficie di appoggio	585 x 675	585 x 675



Le misure e il peso variano a seconda della dotazione. Possono presentarsi leggere variazioni dovute a tolleranze di fabbricazione. Con riserva di modifiche



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telefono: 05431/9416-0
Fax: 05431/9416-66
Web: www.rebotec.de
E-mail: info@rebotec.de



Prima del primo utilizzo leggere le istruzioni per l'uso e tenerle a disposizione dell'utente e conservarle per un utilizzo futuro e allegarle in caso di vendita.