

## LETTINO VISITA

Cod.02.358.00



### DIMENSIONI

Larghezza cm 55  
Lunghezza cm 180  
Altezza cm 80  
Portata Kg 150

### CARATTERISTICHE GENERALI

Letto da visita con struttura portante in tubo d'acciaio cromato a sezione quadrata mm.30x30  
Sistema di sollevamento della testata azionato mediante dispositivo a scorcio in tubo d'acciaio cromato Ø 16 mm con regolazione autobloccante  
Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCIAI DA COSTRUZIONE FE 37 A UNI 7070/72 - FE 360 A EU25

Le parti in legno di supporto imbottitura sono in Pannello di Particelle (pannello truciolare) spessore 14 mm.

Le parti imbottite in gommapiuma sono realizzate in POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE densità 21

Lo skai utilizzato per le coperture è composto da fibra di cotone al 12,5% e PVC plastificato 87,5%

CROMATURA

I componenti cromati subiscono un trattamento di cromatura così effettuato:

Bagno di Nickel - cromo per 27/28 minuti.

Spessore all'uscita dalle vasche 15/18 micron di Nickel - 0,3 micron di cromo.

Questo trattamento garantisce il pezzo da prematuri segnali di ruggine.

### SPECIFICHE

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I CONFORME AI REQUISITI DEL REGOLAMENTO UE 2017/745

Rep 238187 CND V0899 UDI-DI base 8051887990450